

Серія ВВ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ООВ «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.21-1414

Зареєстрован в Реєстрі органа по оценке соответствия

Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 08 жовтня 2021 р. до 07 жовтня 2022 р.

Срок действия с

Term of validity is from

9018 20 00 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) Апарати ультрафіолетові бактерицидні торговельної марки

Продукция (тип) «BactoSfera» (ассортимент згідно з додатком на 2 арк., всього 114

Production (type) моделей)

26.60.13-00.00

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirements

▪ ДСТУ EN 60601-1:2015;

▪ ДСТУ EN 60601-1-2:2015

Виробник (и) продукції

Изготовитель (и) продукции

Producer (s)

ТОВ «БАКТОСФЕРА» (BACTOSFERA LLC)

Ідентифікаційний код 39621673

Україна, 03124, Київ, бульвар Вацлава Гавела 8

+38 044 290 78 78

bactosfera.ua

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

ТОВ «БАКТОСФЕРА» (BACTOSFERA LLC)

Ідентифікаційний код 39621673

Україна, 03124, Київ, бульвар Вацлава Гавела 8

+38 044 290 78 78

bactosfera.ua

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

Апарати ультрафіолетові бактерицидні торговельної марки «BactoSfera», призначені для знезараження повітря в приміщеннях (ассортимент згідно з додатком на 2 арк., всього 114 моделей), що виготовляються серійно з 08.10.2021р. до 07.10.2022р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання.

Сертифікація продукції проведена за схемою типу 2

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності

ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ»,

49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 7,

т. (056) 742-82-39

На підставі

На основании

On the grounds of

▪ Протоколу випробувань № 1008-01/21X2 від 08.10.2021 р.,

виданого ВЛ ТОВ «УКРПРОМЛАБ» ВСЦ»,

юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56, офіс 13

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

підпис

С. В. Дубровський

ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифікату можна перевірити

в Реєстрі Системи органу на сайті

prom-standart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№021841

ДОДАТОК (арк. 1)

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.21-1414

« 08 » жовтня 2021 р.

АПАРАТИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ БАКТЕРИЦИДНІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ «BASTOSFERA»,
МОДЕЛІ:

Бактерицидні опромінювачі:

1. OBB 15P OZONE¹
2. OBB 15P OZONE FREE²
3. OBB 15P ECO³
4. OBB 15P-METAL OZONE¹
5. OBB 15P-METAL OZONE FREE²
6. OBB 15P-METAL ECO³
7. OBB 15S OZONE¹
8. OBB 15S OZONE FREE²
9. OBB 15S ECO³
10. OBB 30P OZONE¹
11. OBB 30P OZONE FREE²
12. OBB 30P ECO³
13. OBB 30S OZONE¹
14. OBB 30S OZONE FREE²
15. OBB 30S ECO³
16. OBB 36P OZONE¹
17. OBB 36P OZONE FREE²
18. OBB 36P ECO³
19. OBB 36S OZONE¹
20. OBB 36S OZONE FREE²
21. OBB 36S ECO³
22. OBB 25P ECO +100%⁴
23. OBB 25P-METAL ECO +100%⁴
24. OBB 25S ECO +100%⁴
25. OBB 55P ECO +100%⁴
26. OBB 55S ECO +100%⁴
27. OBB 75P ECO +100%⁴
28. OBB 75S ECO +100%⁴

Амальгамні бактерицидні опромінювачі:

29. AMALGAM 360° 72
30. AMALGAM 360° 127

Бактерицидні рециркулятори:

31. ORBB 15x1 Gorizont²
32. ORBB 15x2 Gorizont²
33. ORBB 15x3 Gorizont²
34. ORBB 15x6 Gorizont SUPERPOWER²
35. ORBB 15x1 Vertical²
36. ORBB 15x2 Vertical²
37. ORBB 15x3 Vertical²
38. ORBB 15x6 Vertical SUPERPOWER²
39. ORBB 30x1 Gorizont²
40. ORBB 30x2 Gorizont²
41. ORBB 30x3 Gorizont²
42. ORBB 30x6 Gorizont SUPERPOWER²

43. ORBB 30x1 Vertical 2
44. ORBB 30x2 Vertical 2
45. ORBB 30x3 Vertical 2
46. ORBB 30x6 Vertical SUPERPOWER 2
47. ORBB 25x1 Gorizont +100%⁴
48. ORBB 25x2 Gorizont +100%⁴
49. ORBB 25x3 Gorizont +100%⁴
50. ORBB 25x6 Gorizont +100% SUPERPOWER⁴
51. ORBB 25x1 Vertical +100%⁴
52. ORBB 25x2 Vertical +100%⁴
53. ORBB 25x3 Vertical +100%⁴
54. ORBB 25x6 Vertical +100% SUPERPOWER⁴
55. ORBB 55x1 Gorizont +100%⁴
56. ORBB 55x2 Gorizont +100%⁴
57. ORBB 55x3 Gorizont +100%⁴
58. ORBB 55x6 Gorizont +100% SUPERPOWER⁴
59. ORBB 55x1 Vertical +100%⁴
60. ORBB 55x2 Vertical +100%⁴
61. ORBB 55x3 Vertical +100%⁴
62. ORBB 55x6 Vertical +100% SUPERPOWER⁴
63. ORBB 100 15x1²
64. ORBB 100 15x2²
65. ORBB 100 15x3²
66. ORBB 100 15x4²
67. ORBB 100 15x5²
68. ORBB 100 15x6²
69. ORBB 100 25x1⁴
70. ORBB 100 25x2⁴
71. ORBB 100 25x3⁴
72. ORBB 100 25x4⁴
73. ORBB 100 25x5⁴
74. ORBB 100 25x6⁴
75. ORBB 100 30x1²
76. ORBB 100 30x2²
77. ORBB 100 30x3²
78. ORBB 100 30x4²
79. ORBB 100 30x5²
80. ORBB 100 30x6²
81. ORBB 100 55x1⁴
82. ORBB 100 55x2⁴
83. ORBB 100 55x3⁴
84. ORBB 100 55x4⁴
85. ORBB 100 55x5⁴
86. ORBB 100 55x6⁴

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

С. В. Дубровський

ініціали, прізвище

№018266

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ООВ «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК (арк. 2)

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ»№ UA.PS.21-1414

« 08 » жовтня 2021 р.

Екрановані опромінювачі з жалюзі:

- 87. EKRAN Jalousie 15 2
- 88. EKRAN Jalousie 15 FAN 2
- 89. EKRAN Jalousie 15x2 2
- 90. EKRAN Jalousie 15x2 FAN 2
- 91. EKRAN Jalousie 30 2
- 92. EKRAN Jalousie 30 FAN 2
- 93. EKRAN Jalousie 30x2 2
- 94. EKRAN Jalousie 30x2 FAN 2
- 95. EKRAN Jalousie 25 +100% 4
- 96. EKRAN Jalousie 25 FAN +100% 4
- 97. EKRAN Jalousie 25x2 +100% 4
- 98. EKRAN Jalousie 25x2 FAN +100% 4
- 99. EKRAN Jalousie 55 +100% 4
- 100. EKRAN Jalousie 55 FAN +100% 4
- 101. EKRAN Jalousie 55x2 +100% 4
- 102. EKRAN Jalousie 55x2 FAN +100% 4

Медичні опромінювачі:

- 103. MED 15
- 104. MED 30
- 105. MED 36
- 106. MED 30x2 EKRAN
- 107. MED 30x3
- 108. MED 30x6
- 109. MED 30x3 TIMER
- 110. MED 30x6 TIMER
- 111. MED 36x3
- 112. MED 36x6
- 113. MED 36x3 TIMER
- 114. MED 36x6 TIMER

- 1 – з озonoвою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 9000 год
- 2 – з безозonoвою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 9000 год
- 3 – з небиткою безозonoвою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 16000 год
- 4 – з високопродуктивною небиткою безозonoвою бактерицидною лампою, ефективний ресурс роботи 16000 год

Всього: 114 моделей.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

С. В. Дубровський

ініціали, прізвище

№018267