



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Голова Держпродспоживслужби**

**Ліпа В.І.**

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Підпис



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 16.12. 2016 р.

№ 602-123-20-1/4662

Об'єкт експертизи Опромінювачі бактерицидні  
виготовлений у відповідності із ТУ У 33.1-30108964-001-2001 «Опромінювачі  
бактерицидні» зі Зміною № 4  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 26.60.13-00.00, код за УКТЗЕД 8543

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи медична практика; торгівля  
Країна-виробник ПП «Заповіт»; Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3,  
тел.(факс): 205-34-03, e-mail 2053403 zavet@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 30108964  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «Заповіт»; Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3,  
тел.(факс): 205-34-03, e-mail 2053403 zavet@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 30108964  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизняна продукція контракту не  
потребує

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
ультрафіолетове випромінювання (А, В, С) в присутності людей: УФВ (А) - не більше 10,0  
Вт/м<sup>2</sup>; УФВ (В) - не більше 0,01 Вт/м<sup>2</sup>; УФВ (С) - не допускається - згідно з СН 4557-88  
«Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання в виробничих приміщеннях»; якість  
повітря робочої зони ГДК озону не більше 0,1 мг/м<sup>3</sup> - згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ.  
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ЕП 50 Гц не більше  
500 В/м - згідно з СанПіН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від  
впливу електромагнітних випромінювань».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,  
утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись вимог фірми-виробника.

Використання в медичних цілях за методиками, які затверджені в установленому  
законодавством України порядку. Опромінювачі бактерицидні не повинні використовуватись  
в присутності людей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Опромінювачі бактерицидні, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності визначається ресурсами виробів

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 33.1-30108964-001-2001 «Опромінювачі бактерицидні» зі Зміною № 4

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ультрафіолетове випромінювання (А, В, С) в присутності людей: УФВ (А) - не більше 10,0 Вт/м<sup>2</sup>; УФВ (В) - не більше 0,01 Вт/м<sup>2</sup>; УФВ (С) - не допускається - згідно з СН 4557-88 «Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання в виробничих приміщеннях»; якість повітря робочої зони ГДК озону не більше 0,1 мг/м<sup>3</sup> - згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ЕП 50 Гц не більше 500 В/м - згідно з СанПіН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєва НАМНУ»

02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50,  
тел.: (044) 559-25-92

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 383 від 15.12.2016 року.

(N протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Бабій В.Ф.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)